



Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
zastoupený příspěvkovou organizací

ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

VÝZVA

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel – Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk tímto vyzývá k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

Dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Právní forma: Příspěvková organizace Pardubického kraje
Sídlo: Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
IČ: 00196096
DIČ: CZ00196096
Zastoupený: Ing. Rudolfem Bulíčkem, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Petr Vlášek
Tel. +420 607965711
e-mail: vlasek.zakazky@gmail.com
Web: www.albertinum-olu.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Zadání této veřejné zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

3. Zadávací dokumentace

Pro realizaci zakázky je vytvořena specifikace předmětu požadované dodávky, která je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **19.10.2021** do **09.00** hod. Místem pro podání nabídek je:

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Ing. Vladimír Fabián
Za Kopečkem 353
564 01 Žamberk

Místo pro osobní podání nabídek v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 do 14.30 hod. na adrese:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
kancelář pokladny ústavu (objekt č. 1 – tzv. Janovský, 2. NP)
Za Kopečkem 353
564 01 Žamberk



Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
zastoupený příspěvkovou organizací

ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

5. Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat – veřejná zakázka**“ a „**Dodávka elektrických lůžek**“.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné podobě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. K nabídce bude předloženo její zpracování v elektronické podobě na CD/DVD medium nebo USB.

Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem 1.450.000,- Kč bez DPH.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby účastník předložil:

- prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
- přesný popis nabízeného zboží včetně názvu výrobku a výrobce, aby zadavatel mohl posoudit splnění podmínek zadávací dokumentace.

8. Údaje o hodnotících kritériích

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

9. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat:

- doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem;
- prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
- popis nabízeného zboží
- uchazečem podepsaný návrh kupní smlouvy (příloha č. 1), který bude respektovat všechny podmínky zadávací dokumentace. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Členění celkové ceny provede uchazeč v krycím listu nabídky (příloha č. 2 výzvy)

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny uvedeného zákona.

10. Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: do 1 týdne od podpisu kupní smlouvy s budoucím dodavatelem, na základě vyhodnocení předložených nabídek. Požadované ukončení zakázky v termínu do 31. 12. 2021.

Místo plnění: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk



Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
zastoupený příspěvkovou organizací

A L B E R T I N U M, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

11. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy, a to bez povinnosti sdělit uchazečům důvod zrušení,
- nevracet podané nabídky
- upřesnit skutečný rozsah plnění veřejné zakázky malého rozsahu
- upřesnit podmínky zakázky
- vyloučit z výběrového řízení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě
- vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené uchazečem v nabídce
- nehradit náklady, které uchazeči vznikly v souvislosti s podáním nabídky
- uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný zhotovitel odmítne uzavřít smlouvu, tento postup může zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil jako třetí v pořadí.

S vybraným uchazečem bude pro uskutečnění předmětu zakázky provedeno ústní jednání k upřesnění rozsahu zakázky a následné upřesnění textu smlouvy o dílo (smluvní vztahy mezi účastníky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.).

12. Přílohy

1. Příloha č. 1: specifikace
2. Příloha č. 2: krycí list nabídky

V Žamberku, dne 4. října 2021

za Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Ing. Rudolf Bulíček, ředitel, v. r.



Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
zastoupený příspěvkovou organizací

ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

Příloha č.1

Specifikace předmětu dodávky

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

a) Nemocniční (zdravotnické) lůžko - 2 ks

- lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010
- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí
- minimálně 4 dílná ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu elektricky a lýtkový díl pomocí mechanického hřebene
- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15% pomocí elektromotoru
- velikost ložné plochy 90x200 cm s možností prodloužení ložné plochy min. o 20 cm
- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 39 - 78 cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg
- postranice zajišťující pacienta proti pádu po cca $\frac{3}{4}$ délky ložné plochy s možností oboustranného doplnění postranní zábranou zbylé $\frac{1}{4}$ délky. Spuštěné postranice nesmí při sednutí pacienta tlačít do jeho steh.
- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části
- kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou
- díly ložné plochy z kovových lamel s jednoduchou dezinfikovatelností,
- plastový kryt podvozku
- kryt motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka
- ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu

Požadované příslušenství:

- antidekubitní matrace **2 ks** s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové
 - hustota jádra min. 40 kg/m³,
 - výška min. 14 cm
 - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,
 - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,
 - svařované švy,
 - možnost praní při 60-90°C,
- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,
- držák močové láhve
- držák infuzních roztoků



Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
zastoupený příspěvkovou organizací

ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

b) Zdravotnické lůžko pro nemocniční zařízení dlouhodobé péče – 34 ks

- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí
- minimálně 4 dílná ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu elektricky a lýtkový díl pomocí mechanického hřebene
- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15% pomocí elektromotoru
- velikost ložné plochy 90x200 cm
- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 39-78cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg
- postranice zajišťující pacienta proti pádu po celé délce ložné plochy s ochranou proti nechtěnému spuštění ovladatelné jednou rukou obsluhy. Spuštěné postranice nesmí při sednutí pacienta tlačít do jeho steh
- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části
- kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou
- díly ložné plochy z kovových lamel s jednoduchou dezinfikovatelností,
- plastový kryt podvozku
- kryt motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka
- ruční ovladač polohování s blokadí polohovacích funkcí, s případným zamezením nebo bez přechodu stavu ovladače do pohotovostního režimu (tj. kdykoliv přímý přístup k funkcím lůžka bez nutnosti zapnutí či spuštění ovladače samostatným tlačítkem)
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu.
- Čelo lůžka musí v horní části lůžka uprostřed umožnit doplnění přitahovacího popruhu pro pacienta

Požadované příslušenství:

- **antidekubitní matrace 34 ks** s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové III., hustota jádra min. 40 kg/m³,
 - výška min. 14 cm
 - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,
 - svařované švy,
 - možnost praní při 60-90°C,
 - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,
- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,
- držák močové láhve
- držák infuzních roztoků

c) Lůžko s laterálním náklonem – 4 ks

- celkové provedení v souladu s ČSN EN 60601-2-52:2010
- konstrukce lůžka v provedení pro laterální náklon min. 20° na obě strany podélné osy lůžka
- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí s minimalizací rizika poškození elektromechanických částí lůžka (motor, elektronika ovládání apod.), nejlépe kryt motoru k jeho ochraně při provádění omývání a desinfekce lůžka
- minimálně 4 dílná ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu elektricky a lýtkový díl pomocí mechanického hřebene



Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
zastoupený příspěvkovou organizací

ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

- díly ložné plochy kompaktní s jednoduchou dezinfikovatelností personálem,
- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 40° s tolerancí +/- 15%, lýtkového dílu min. 20°, rovněž nastavení do polohy Trendelenburg a Antitrendelenburg min. 16°.
- možnosti autoregrese zádového a nožního dílu
- velikost ložné plochy min. 90x200 cm s možností prodloužení ložné plochy min. o 20 cm
- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 43-83cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg
- postranice zajišťující pacienta proti pádu v provedení průběžného systému s ukotvením a pohybem v krajních vertikálních lištách, možnost spuštění ze středu lůžka bez nutnosti odjišťování v jednotlivých rozích,
- úchyty (držáky) a háčky pro příslušenství v hlavové části i v nožní části
- kolečka o průměru min. 150 mm s centrální brzdou pomocí dvou nožních pedálů
- plastový kryt podvozku
- ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí, podsvícený
- sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha)
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
- 2x nožní pedál s min. 7 funkcemi - z každé strany lůžka jeden (minimálně: laterální náklon pravý, laterální náklon levý, CPR poloha, vyšetřovací poloha, polohování ložné plochy nahoru, polohování ložné plochy dolů + aktivace pedálu)

Požadované příslušenství:

- antidekubitní matrace **4 ks** s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové III.,
 - hustota jádra min. 40 kg/m³,
 - výška min. 14 cm
 - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,
 - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,
 - svařované švy,
 - možnost praní při 60-90°C,
 - použití v riziku dle stupnice Nortonové – III.
- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,
- držák močové láhve
- držák infuzních roztoků



Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
zastoupený příspěvkovou organizací

ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK IČ 00196096 DIČ CZ00196096

Příloha č.2

Formulář - Krycí list nabídky

pro právnické a fyzické osoby

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky:	Dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi		
Uchazeč o veřejnou zakázku - identifikační údaje			
Obchodní firma nebo název případně jméno a příjmení			
Sídlo, místo podnikání případně místo trvalého pobytu (celá adresa včetně PSČ)			
Právní forma:			
IČ:		DIČ:	
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby			
a) Nemocniční lůžko (2 ks):			
Cena v Kč bez DPH:		Kč	
Daň z přidané hodnoty v Kč:		Kč	
Cena v Kč:		Kč	
b) Zdravotnické lůžko (34 ks):			
Cena v Kč bez DPH:		Kč	
Daň z přidané hodnoty v Kč:		Kč	
Cena v Kč:		Kč	
c) Lůžko s laterálním náklonem (4ks):			
Cena v Kč bez DPH:		Kč	
Daň z přidané hodnoty v Kč:		Kč	
Cena v Kč:		Kč	
Rekapitulace pro hodnocení			
Celková nabídková cena v Kč bez DPH		DPH	Nabídková cena včetně DPH
Kč		Kč	Kč
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky v týdnech celkem:			
Délka záruční doby na dodané zboží v měsících:			

V, dne

.....
Razítko a podpis uchazeče